

**Do wszystkich zainteresowanych**

## WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w procedurze poniżej 30.000 euro na **dostawę aparatu ultrasonograficznego z dwiema głowicami oraz kolorowym Dopplerem.**

Nr sprawy: **ZP/PU/56/18.**

## ZAPYTANIA DO TREŚCI ZAPROSZENIA WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI

1. Czy zamawiający dopuści nowoczesny aparat USG, z oprogramowaniem w języku polskim, wysuwaną manualną klawiaturą, oraz akumulatorem umożliwiającym podtrzymywanie pracy aparatu, bez panelu dotykowego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

2. Czy Zamawiający dopuści nowoczesny aparat USG o wadze całkowitej 85 kg?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie aparatu USG o wadze całkowitej 85 kg.

Udzielone wyjaśnienia stają się częścią *Zaproszenia* i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

**Do pisma załącza się dodatek nr 3 do Zaproszenia, który uwzględnia wprowadzoną zmianę.**

Z poważaniem,

**DYREKTOR**  
Alicja Andrzejewska