

Do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
ORAZ ODRZUCENIU OFERTY

Dotyczy: postępowania poniżej 30.000 euro, czyli prowadzonego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych na dostawę/ zakup aparatu ultrasonograficznego z dwiema głowicami oraz kolorowym Dopplerem. Nr sprawy: ZP/PU/56/18.

1. INFORMACJE OGÓLNE

Do wyznaczonego terminu składania ofert, czyli do dnia **02.03.2018r., godz. 13:00** do Sekretariatu Zamawiającego wpłynęły 2 oferty od następujących Wykonawców:

Lp.	Nazwa (firma) i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty	Zaoferowana cena	
		netto	brutto
1	Medinco Polska Sp. z o.o. Sp.k. ul. Sarmacka 5/31, 02-972 Warszawa	78.703,70 zł	85.000,00 zł
2	MIRO Sp. z o.o. ul. Mińska 25B lok. U1, 03-808 Warszawa	99.167,00 zł	107.100,36 zł

2. ODRZUCENIE OFERTY

Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez firmę *MIRO Sp. z o.o., ul. Mińska 25B lok. U1, 03-808 Warszawa* ponieważ nie spełnia wymagań Zamawiającego określonych w treści dodatku nr 3 do *Zaproszenia do złożenia oferty*.

Uzasadnienie faktyczne:

W/w Wykonawca w ofercie z dnia 28.02.2018r. zaoferował przedmiot zamówienia, który nie spełnia następujących wymagań, o których mowa poniżej:

LITERA A

6	Minimalna ilość niezależnych kanałów przetwarzania ≥ 180000	TAK, podać	NIE, 160 000
9	Maksymalna głębokość obrazowania ≥ 32 cm	TAK, Podać	NIE, 30 CM

LITERA C.

7	Funkcja HPRF	TAK	
	Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy zerowym kącie $\geq 7,5$ m/s	Tak, podać	
	Zakres regulacji korekcji kąta Minimum: $0 - 85^\circ$	Tak, podać	NIE, -80 DO 80 STOPNI
	Możliwość regulacji położenia linii bazowej i korekcji kąta na zatrzymanym obrazie i na obrazach odtwarzanych z dysku	TAK	NIE

LITERA D.

1	Głowica wieloczęstotliwościowa typu convex o zakresie częstotliwości obrazowania B (2D) obejmującym przedział 2,5 – 5,0 MHz.	TAK, podać typ i częstotliwości	
	Głębokość obrazowania ≥ 32 cm	Tak, podać	NIE, MAX 30 CM
2	Głowica elektroniczna endowaginalna, wieloczęstotliwościowa o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmujących przedział min. 5,0-10 MHz	TAK, podać typ i częstotliwości	TAK, UST 9124, 3-9 MHz

LITERA F.

4	Głowica , elektroniczna typu microconvex o zakresie częstotliwości obrazowania B (2D) obejmującym przedział 6,0 – 9,0 MHz i kącie obrazowania min 130°	TAK, podać częstotliwości	NIE
5	Głowicę elektroniczną transrektalną dwupłaszczyznową o zakresie częstotliwości obrazowania B (2D) od 6,0 do 10 MHz i kącie obrazowania min. 130°	TAK, podać częstotliwości	NIE
8	Automatyczne pomiary biometryczne (BPD, HC, AC, FL)	TAK	NIE

3. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

W wyniku oceny ofert, dokonanej w oparciu o przyjęte kryterium (cena brutto: 100%), Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, za którą uznano ofertę firmy:

Medinco Polska Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Sarmacka 5/31, 02-972 Warszawa
adres do korespondencji: ul. Tomaszewskiego 9, 60-692 Poznań.

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Wykonawca spełnia wymagania zawarte w *Zaproszeniu do złożenia oferty* oraz jako jedyny złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu.

4. TERMIN PODPISANIA UMOWY

Powyzsze zawiadomienie, w stosunku do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jest jednocześnie zawiadomieniem o wyborze oferty i **zaproszeniem do zawarcia umowy**.

Zamawiający wyznacza termin podpisania umowy na dzień 14 marca 2018r. w siedzibie Zamawiającego przy ul. Dworcowej 13 w Gorzowie Wielkopolskim (budynek administracyjny).

Z poważaniem,

DYREKTOR
Alicja Andrzejewska

W dniu 05.03.2018r. pismo wysłano drogą elektroniczną do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę.